

Heelift Glide - Hælaflastning I Skum



Indikationer

- Behandling og forebyggelse af tryksår på hælen
- Behandling og forebyggelse af dropfod
- Forebyggelse af tryksår hos immobile patienter, eks. postoperativt
- Forebyggelse af friktionsskader hos urolige patienter

Tilbehør

Der følger en skumblok med hver HeeLift Glide, som kan anvendes til individuel tilpasning.

Produktinfo

Heelift Glide er et innovativt produkt i skum udviklet til trykaflastning af hælen.

Det bløde indermateriale fordeler trykket over et større område, så hælen er helt fri for belastning. Ydersiden er beklædt med et smudsafvisende glat stof, og sammen med den friktionsfrie beklædning på undersiden sikrer det, at patienten kan være mobil i seng og stol. Heelift Glide har ventilationshuller, som sikrer luftcirkulation og fremmer komforten.

Heelift Glide kan tilpasses individuelt ved hjælp af 3 bløde velcrostropper, to henover læggen og en henover forfoden, så den aflaster og støtter, hvor der er behov for det. HeeLift Glide er konstrueret, så den ene side lukkes henover læggen for at undgå gener fra velcrolukningen. Der følger en skumblok med hver Heelift Glide, som kan anvendes til yderligere individuel tilpasning.

Heelift Glide findes i to udgaver: Heelift Glide med "æggebakke" inderside og Heelift Glide med glat inderside.

Heelift Glide med "æggebakke" inderside sikrer god luftcirkulation.

Heelift Glide med glat inderside anbefales til patienter med ødematøse ben og meget sart hud, der ikke tåler den lidt ujævne "æggebakke" inderside.

Brugervejledning

- Åbn Heelift Glide. Tag den ekstra skumblok ud. Opbevar den, der kan blive brugt senere til en individuel tilpasning
- Placer patientens fod i puden således, at hælen ligger lige over udsparringen. Hælen bør ligge ud over den faste skumgummipudedel
- Træk velcrobåndene over skinnebenet mod lukningerne. Før båndene igennem ringene. Fastgør båndene med velcrolukningen
- Kontroller, at formen passer. Der bør være rigelig plads til fingrene mellem hælåbningen og sengen. Heelift Glide må ikke sidde for løst, men heller ikke for stramt om benet. Velcrobåndene bør ikke berøre huden på benet
- Heelift Glide bør tages af efter 6 til 8 timer. Benet og foden undersøges for hudforandringer. Er huden rød bør den medfølgende skumblok anvendes

Vaskeanvisning

- Luk velcro stropperne
- Læg Heelift Glide i en vaskepose
- 60° C maskinvask
- Må ikke tørretumbles og må ikke lægges på direkte varme

Sterilisering

Autoclaves ved 121° C. Efterfølgende køles Heelift Glide et par timer til den er helt tør.

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
S "æggebakke" (13-60 kg, 15-25 cm omkreds læg, 116-162 cm høj)	HeeLift Glide med "æggebakke" inderside	1 stk	DM-HLPG
M/L "æggebakke" (54-113 kg, 20-35 cm omkreds læg, 152-195 cm høj)	HeeLift Glide med "æggebakke" inderside	1 stk	DM-HLG
S "glat" (13-60 kg, 15-25 cm omkreds læg, 116-162 cm høj)	HeeLift Glide med glat inderside	1 stk	DM-HLSPG
M/L "glat" (54-113 kg, 20-35 cm omkreds læg, 152-195 cm høj)	HeeLift Glide med glat inderside	1 stk	DM-HLSG
XL "glat" (100-275 kg, 30-58 cm omkreds læg, 165-203 cm høj)	HeeLift Glide med glat inderside	1 stk	DM-HLSBG